



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Точност при повторение	разширена неопределеност на измерването (95 %): < 70 ms с периодично прибиране и извеждане